# ISP|125 Einheit

## **Empfehlung 1**



#### I-PA2226

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

	KODOKIDEOOIIK	LIDUITO
	Material	Edelstahl
	Infusionshalterung	Edelstahl, Flaschenbalken
	Anzahl der Haken	6
	Anordnung der Haken	In Reihe zueinander
	Art der Höhenverstellung	Schraubhöhenverstellung
	Maximale Länge/Höhe	2.200 mm
	Minimale Länge/Höhe	1.690 mm
	Innenrohrdurchmesser	Vkt. 25
	Außenrohrdurchmesser	Ø 38 mm
	Länge Außenrohr	1.420 mm
	Auslegerprofil	45 x 25 mm
	Fußbeschwerung	Beschwert
	Fußgröße	Ø 860 mm
	Rollentyp	Doppellaufrollen
	Rollendurchmesser	Ø 125 mm
	Anzahl der Rollen	5 mit Feststeller und elekt. Leitfähigkeit
	Gesamtzuladung (kg)	50
	Zuladung pro Aufhängung (kg)	12
	Zuladung pro Haken (kg)	2

## **VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK**

Breite Box1	0,31 m
Höhe Box1	0,21 m
Länge Box1	1,59 m
Gewicht Box1	25.7 kg



Beste Hygieneeigenschaften rostfreier Edelstahl (1.4301)







#### I-PA2226

## ISP|125 Einheit









## Anwendung

Das Außenrohr bietet genug Platz, um diverse Geräte in nutzerfreundlicher Bedienhöhe zu befestigen

maximale Auszugshöhe des Innenrohrs: ca. 2.200 mm



## **Technik**

Alle Kunststoffteile sind lichtecht

Nichtrostende Edelstahlrohre nach DIN EN 10217-7

Material ultraschall- und wirbelstromgeprüft (nach EN 10246-9/3)

Die integrierte Auszugsbegrenzung verhindert das Trennen der verstellbaren Rohre



### **Sicherheit**

Die Ausleger sind mit Stopfen aus Kunststoff verschlossen (keine Verletzungsgefahr)

Geringe Klemmgefahr beim Ein- und Ausfahren des Statives dank eingebautem Sicherheitsabstand

erhöhte Stabilität durch formschlüssige Verbindung zwischen Auslegern und Fußmittelteil

mit verdrehgesichertem Edelstahl-Flaschenbalken

die Normschienen sind beidsetig mit je einer Gummikappe verschlossen (keine Verletzungsgefahr)

eine integrierte Fußbeschwerung ermöglicht eine sichere Befestigung von diversen Pumpen und weiteren medizintechnischen Geräten

Keine Verletzungsgefahr durch abgerundete Form der Flaschenhaken

Die Geometrie der Haken verhindert das Herausfallen der Infusionsflasche

